

TABLE DES MATIERES POUR UTILISATION

Nom du paramètre	Nom du test affiché	Plage de mesure	Plage pour des conditions de natation sûres* (feu vert)	Réactifs nécessaires
Chlore libre	Cl F	0,1 - 6 mg/L	0,3 - 4 mg/L	DPD No.1
Chlore total	Cl T	0,1 - 6 mg/L	0,3 - 4,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 Evo
Chlore combiné	Cl Comb.	0,1 - 6 mg/L	0 - 0,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 Evo
Brome	Br	0,2 - 13,5 mg/L	1,5 - 8,5 mg/L	DPD No.1
pH	pH	6,5 - 8,4 mg/L	6,8 - 7,6 mg/L	Phenol Red Photometer
Acide cyanurique	CyA	20 - 120 mg/L	30 - 50 mg/L	CyA-Test
Alcalinité totale	TA	5 -300 mg/L	50 -150 mg/L	Alka-M-Photometer
Dureté calcique	CaH	50 - 500 mg/L	175 - 400 mg/L	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2
Oxygène actif	O2 Act.	0,2 - 10 mg/L	3 - 8 mg/L	DPD No.4 Evo
Cuivre	Cu	0,1 - 5 mg/L	0,05 - 0,3 mg/L	Copper No.1
Phosphate	PO4	0,06 - 3 mg/L	0,06 - 0,25 mg/L	Phosphate No.1 LR + Phosphate No.2 LR